

CIRCULAR Nº 1 – LPI 10/2009

PROYECTO ARG/06/009 "Mejora Integral en la gestión de la tecnología biomédica del Sistema de Salud Pública de Neuquén, orientada a la búsqueda de equidad".

Neuquén, 04 de Diciembre de 2009

Consulta 1

Cuantos ionogramas mensuales calculan procesar en el aparato que se solicita en licitación pública internacional nº 10/2009

Respuesta 1

Se estima que el equipo en servicio realizará 600 ionogramas mensuales

Consulta 2

Referente al ítem 15 (1) Necesitaríamos tener mayor precisión del lugar donde va instalada, (2) si es en PB o en pisos superiores (3) y por lo tanto como se accede, si los pasillos de traslado y puertas de acceso tienen medidas apropiadas para este equipo, (3) si el sistema de ductería está a cargo del Oferente con su correspondiente motor y turbina extractora y su instalación, (4) si requiere trabajos en altura del lado exterior, (5) como está pensado el remate de venteo, (6) etc.

(7) También hace mención a (ver opcionales), queríamos saber si se refiere a algún apartado en el pliego que no poseemos o a otro medio de consulta.

Respuesta 2

(1) Sector Microbiología, nuevo edificio Hospital San Patricio del Chañar, Neuquén.

(2) El nuevo edificio se ha desarrollado en una planta baja, con un pasillo técnico superior previsto para tareas de mantenimiento técnico.

(3) El edificio cuenta con pasillos y puertas apropiados para el desplazamiento de personas y equipamiento

(4) Si el equipamiento propuesto necesita este tipo de accesorios, materiales y/o mano de obra, deberá estar considerado dentro de la oferta

(5) Ídem anterior

(6) Se encuentra disponible en la sede del proyecto plano (vista de planta) para mayor información

(7) El texto considerado no está haciendo mención a ningún apartado o medio de consulta adicional

PNUD ARG/06/009